

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-M

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 349 |
| Šarža | 10 10 18 |
| Dátum výroby | 22.10.2018 |
| Dátum expirácie | 22.07.2019 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgM |
|-------------------------|------------------------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,005 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | 0,266 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | 0,483 |
| 25 U.ml ⁻¹ | 0,839 |
| 50 U.ml ⁻¹ | 1,327 |
| 100 U.ml ⁻¹ | 1,871 |

Protilátky triedy IgM

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|---|------------------------------------|--|
| negatívna | < 18 | 0,115 | 2,38 |
| pozitívna | 49 ± 10 | 1,352 | 51,68 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 24, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.10.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131