

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	E - 244
Šarža	10 10 18
Dátum výroby	22.10.2018
Dátum expirácie	22.07.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,009
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,276
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,570
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,954
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,540
100 U.ml <sup>-1</sup>	2,015

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,020	0,63
pozitívna	28 ± 6	1,075	29,45

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly 22.10.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131