

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	E – 211
Šarža	11 11 18
Dátum výroby	23.11.2018
Dátum expirácie	23.05.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,012
6,25 U.ml ⁻¹	0,217
12,5 U.ml ⁻¹	0,413
25 U.ml ⁻¹	0,735
50 U.ml ⁻¹	1,156
100 U.ml ⁻¹	1,670

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 14	0,157	4,43
pozitívna	38 ± 8	1,020	40,48

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.11.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131