

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	E - 353
Šarža	12 12 18
Dátum výroby	17.12.2018
Dátum expirácie	17.12.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,011
6,25 U.ml ⁻¹	0,201
12,5 U.ml ⁻¹	0,384
25 U.ml ⁻¹	0,646
50 U.ml ⁻¹	1,079
100 U.ml ⁻¹	1,645

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 12	0,239	7,46
pozitívna	35 ± 7	0,894	38,48

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.12.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

