

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-A,G-200

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	12 12 18
Dátum výroby	17.12.2018
Dátum expirácie	17.09.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	0,002	0,001
6,25 U.ml ⁻¹	0,097	0,221
12,5 U.ml ⁻¹	0,209	0,404
25 U.ml ⁻¹	0,395	0,683
50 U.ml ⁻¹	0,748	1,001
200 U.ml ⁻¹	1,632	1,790

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,004	0,40
pozitívna	33 ± 7	0,539	34,70

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,077	1,91
pozitívna	33 ± 7	0,771	30,42

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.12.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131