

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	12 12 18
Dátum výroby	17.12.2018
Dátum expirácie	17.09.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,007	0,001
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,234	0,354
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,441	0,629
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,815	0,996
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,374	1,385
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,954	1,807

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,019	0,40
pozitívna	33 ± 7	1,006	32,33

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,113	1,67
pozitívna	33 ± 7	1,154	33,22

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.12.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131