

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-ASCA-M

Katalógové číslo	E - 349
Šarža	01 01 19
Dátum výroby	25.01.2019
Dátum expirácie	25.10.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,003
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,232
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,437
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,805
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,272
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,744

#### Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 18	0,157	4,08
pozitívna	49 ± 10	1,280	50,59

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 24, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.01.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131