

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	E - 243
Šarža	01 01 19
Dátum výroby	25.01.2019
Dátum expirácie	25.10.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,008
6,25 U.ml ⁻¹	0,141
12,5 U.ml ⁻¹	0,298
25 U.ml ⁻¹	0,611
50 U.ml ⁻¹	1,037
100 U.ml ⁻¹	1,713

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,112	5,03
pozitívna	34 ± 7	0,823	36,21

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 22, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.01.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131