

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	E - 232
Šarža	02 02 19
Dátum výroby	22.02.2019
Dátum expirácie	22.02.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,005
5 U.ml ⁻¹	0,234
10 U.ml ⁻¹	0,484
20 U.ml ⁻¹	0,751
40 U.ml ⁻¹	1,295
80 U.ml ⁻¹	1,716

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,178	3,96
pozitívna	28 ± 6	0,936	26,41

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE SK
tel.: 055/633 6753, 622 8131