

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	E - 233
Šarža	02 02 19
Dátum výroby	22.02.2019
Dátum expirácie	22.08.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,063
5 U.ml ⁻¹	0,422
10 U.ml ⁻¹	0,682
20 U.ml ⁻¹	0,067
40 U.ml ⁻¹	1,520
80 U.ml ⁻¹	1,976

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,166	1,32
pozitívna	28 ± 6	1,288	28,15

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131