

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-G-200

Katalógové číslo	E - 245
Šarža	02 02 19
Dátum výroby	22.02.2019
Dátum expirácie	22.11.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,001
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,207
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,374
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,618
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,863
200 U.ml <sup>-1</sup>	1,522

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,059	1,49
pozitívna	28 ± 6	0,708	32,06

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 7, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131