

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-M

Katalógové číslo	E - 249
Šarža	02 02 19
Dátum výroby	22.02.2019
Dátum expirácie	22.11.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,007
6,25 U.ml ⁻¹	0,191
12,5 U.ml ⁻¹	0,386
25 U.ml ⁻¹	0,788
50 U.ml ⁻¹	1,317
100 U.ml ⁻¹	2,019

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,131	4,27
pozitívna	30 ± 6	0,962	31,77

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 22, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131