

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-A,G-200

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	03 03 19
Dátum výroby	12.03.2019
Dátum expirácie	12.12.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	0,004	0,001
6,25 U.ml ⁻¹	0,158	0,234
12,5 U.ml ⁻¹	0,332	0,439
25 U.ml ⁻¹	0,601	0,691
50 U.ml ⁻¹	1,071	1,001
200 U.ml ⁻¹	1,974	1,572

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,010	0,54
pozitívna	33 ± 7	0,778	33,70

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,077	1,98
pozitívna	28 ± 6	0,726	27,24

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 12.03.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131