

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### **ELISA-anti-MILK-II-A semikvantitatívna**

<b>Katalógové číslo</b>	E - 244 semikvant.
<b>Šarža</b>	03 03 19
<b>Dátum výroby</b>	25.03.2019
<b>Dátum expirácie</b>	25.12.2019

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,056
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,676
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,532

#### **ZÁVER:**

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 32, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.03.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131