

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	E - 352
Šarža	03 03 19
Dátum výroby	25.03.2019
Dátum expirácie	25.03.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,018
6,25 U.ml ⁻¹	0,392
12,5 U.ml ⁻¹	0,588
25 U.ml ⁻¹	0,865
50 U.ml ⁻¹	1,066
100 U.ml ⁻¹	1,234

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 12	0,304	4,006
pozitívna	34 ± 7	0,946	31,731

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.03.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE CI
tel.: 055/633 6753, 622 8131