

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	E – 211
Šarža	04 04 19
Dátum výroby	26.04.2019
Dátum expirácie	26.10.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,013
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,232
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,400
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,716
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,053
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,568

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 14	0,287	8,27
pozitívna	41 ± 8	0,961	41,80

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131