

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	E - 233
Šarža	04 04 19
Dátum výroby	26.04.2019
Dátum expirácie	26.10.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,075
5 U.ml ⁻¹	0,431
10 U.ml ⁻¹	0,636
20 U.ml ⁻¹	0,944
40 U.ml ⁻¹	1,356
80 U.ml ⁻¹	1,910

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,161	0,85
pozitívna	31 ± 6	1,253	34,21

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131