

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-A

Katalógové číslo	E - 248
Šarža	04 04 19
Dátum výroby	26.04.2019
Dátum expirácie	26.01.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,005
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,192
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,376
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,693
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,153
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,801

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,029	0,93
pozitívna	35 ± 7	0,941	37,34

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131