

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-A,G-200

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	04 04 19
Dátum výroby	26.04.2019
Dátum expirácie	26.01.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	0,009	0,004
6,25 U.ml ⁻¹	0,124	0,238
12,5 U.ml ⁻¹	0,245	0,422
25 U.ml ⁻¹	0,465	0,698
50 U.ml ⁻¹	0,821	1,038
200 U.ml ⁻¹	1,671	1,578

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,018	0,86
pozitívna	35 ± 7	0,586	32,60

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,149	3,61
pozitívna	28 ± 6	0,770	29,16

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131