

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-SÓJA-II-G

<b>Katalógové číslo</b>	E - 491
<b>Šarža</b>	04 04 19
<b>Dátum výroby</b>	26.04.2019
<b>Dátum expirácie</b>	26.01.2020

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,290
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,709
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,660

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č.17, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131