

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	E - 230
Šarža	05 05 19
Dátum výroby	27.05.2019
Dátum expirácie	27.05.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,060	0,052
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,231	0,320
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,390	0,536
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,696	0,905
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,213	1,262
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,927	1,824

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,140	2,53
pozitívna	33 ± 7	1,082	34,35

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,146	1,68
pozitívna	28 ± 6	1,121	30,60

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 31, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.05.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131