

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	E - 352
Šarža	06 06 19
Dátum výroby	24.06.2019
Dátum expirácie	24.06.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,007
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,343
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,519
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,750
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,918
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,112

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 12	0,185	2,241
pozitívna	46 ± 9	0,899	46,101

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE CI  
tel.: 055/633 6753, 622 8131