

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	E - 353
Šarža	06 06 19
Dátum výroby	24.06.2019
Dátum expirácie	24.06.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,012
6,25 U.ml ⁻¹	0,268
12,5 U.ml ⁻¹	0,468
25 U.ml ⁻¹	0,801
50 U.ml ⁻¹	1,262
100 U.ml ⁻¹	1,960

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 12	0,299	7,161
pozitívna	34 ± 7	1,001	34,727

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE CI
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

