

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	E - 235
Šarža	06 06 19
Dátum výroby	24.06.2019
Dátum expirácie	24.12.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,046	0,004
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,241	0,439
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,431	0,744
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,733	1,057
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,215	1,497
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,781	1,788

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,116	2,15
pozitívna	31 ± 6	1,023	31,12

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,071	0,563
pozitívna	29 ± 6	1,307	29,87

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 4, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131