

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-A

Katalógové číslo	E - 248
Šarža	06 06 19
Dátum výroby	24.06.2019
Dátum expirácie	24.03.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,009
6,25 U.ml ⁻¹	0,267
12,5 U.ml ⁻¹	0,466
25 U.ml ⁻¹	0,876
50 U.ml ⁻¹	1,419
100 U.ml ⁻¹	2,068

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,034	0,41
pozitívna	35 ± 7	1,123	34,66

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131