

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-A,G-200

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	06 06 19
Dátum výroby	24.06.2019
Dátum expirácie	24.03.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	0,006	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	0,124	0,278
12,5 U.ml ⁻¹	0,247	0,495
25 U.ml ⁻¹	0,488	0,777
50 U.ml ⁻¹	0,833	1,072
200 U.ml ⁻¹	1,787	1,609

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,023	1,13
pozitívna	35 ± 7	0,601	31,93

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,161	3,36
pozitívna	28 ± 6	0,884	32,03

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131