

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A-200

Katalógové číslo	E - 244
Šarža	06 06 19
Dátum výroby	24.06.2019
Dátum expirácie	24.03.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,006
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,124
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,247
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,488
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,833
200 U.ml <sup>-1</sup>	1,787

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,023	1,13
pozitívna	35 ± 7	0,601	31,93

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131