

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-OVALBUMÍN-G

Katalógové číslo	E - 381
Šarža	06 06 19
Dátum výroby	24.06.2019
Dátum expirácie	24.12.2019

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,099
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,723
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,662

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 15, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131