

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-A

Katalógové číslo	E - 390
Šarža	07 07 19
Dátum výroby	22.07.2019
Dátum expirácie	22.04.2020

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,221
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,688
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,410

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 16, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.07.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131