

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 230 |
| Šarža | 08 08 19 |
| Dátum výroby | 26.08.2019 |
| Dátum expirácie | 26.08.2020 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgA | protilátky anti IgG |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,030 | 0,016 |
| 5 U.ml ⁻¹ | 0,173 | 0,330 |
| 10 U.ml ⁻¹ | 0,319 | 0,572 |
| 20 U.ml ⁻¹ | 0,599 | 0,958 |
| 40 U.ml ⁻¹ | 1,112 | 1,480 |
| 80 U.ml ⁻¹ | 1,721 | 1,904 |

Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna | < 9 | 0,089 | 2,35 |
| pozitívna | 30 ± 6 | 0,843 | 28,81 |

Protilátky triedy IgG

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna | < 9 | 0,171 | 2,20 |
| pozitívna | 27 ± 5 | 1,203 | 27,89 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 31, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.08.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131