

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	E - 233
Šarža	08 08 19
Dátum výroby	26.08.2019
Dátum expirácie	26.02.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,067
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,274
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,488
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,760
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,268
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,899

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,158	2,690
pozitívna	29 ± 6	0,989	28,59

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.08.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131