

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-G

Katalógové číslo	E - 247
Šarža	08 08 19
Dátum výroby	26.08.2019
Dátum expirácie	26.05.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,009
6,25 U.ml ⁻¹	0,376
12,5 U.ml ⁻¹	0,662
25 U.ml ⁻¹	1,118
50 U.ml ⁻¹	1,504
100 U.ml ⁻¹	1,965

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,283	4,40
pozitívna	31 ± 6	1,245	30,77

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 6, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.08.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131