

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-A,G-200

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	08 08 19
Dátum výroby	26.08.2019
Dátum expirácie	26.05.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,008	0,008
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,125	0,243
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,234	0,440
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,450	0,742
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,829	1,089
200 U.ml <sup>-1</sup>	1,739	1,681

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,028	1,18
pozitívna	33 ± 7	0,600	34,06

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,181	4,45
pozitívna	31 ± 6	0,906	34,66

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.08.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131