

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	E - 244
Šarža	08 08 19
Dátum výroby	26.08.2019
Dátum expirácie	26.05.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,009
6,25 U.ml ⁻¹	0,205
12,5 U.ml ⁻¹	0,369
25 U.ml ⁻¹	0,660
50 U.ml ⁻¹	1,204
100 U.ml ⁻¹	1,866

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,048	1,14
pozitívna	33 ± 7	0,914	35,95

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly 26.08.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131