

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	E - 243
Šarža	08 08 19
Dátum výroby	26.08.2019
Dátum expirácie	26.05.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,011
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,163
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,347
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,743
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,287
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,889

#### Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,010	0,43
pozitívna	29 ± 6	0,928	31,98

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 22, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.08.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131