

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	E – 348
Šarža	09 09 19
Dátum výroby	25.09.2019
Dátum expirácie	25.06.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,016	0,003
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,244	0,351
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,434	0,586
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,775	0,998
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,261	1,404
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,857	1,797

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 10	0,237	6,04
pozitívna	47 ± 9	1,248	49,15

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 18	0,257	4,06
pozitívna	44 ± 9	1,372	47,17

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 20, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.09.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131