

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-A

Katalógové číslo	E - 351
Šarža	09 09 19
Dátum výroby	25.09.2019
Dátum expirácie	25.09.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,008
6,25 U.ml ⁻¹	0,279
12,5 U.ml ⁻¹	0,481
25 U.ml ⁻¹	0,764
50 U.ml ⁻¹	1,108
100 U.ml ⁻¹	1,449

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 8	0,034	0,46
pozitívna	33 ± 7	0,913	34,02

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.09.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131