

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	E - 353
Šarža	09 09 19
Dátum výroby	25.09.2019
Dátum expirácie	25.09.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,004
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,194
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,356
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,632
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,051
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,562

#### Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 12	0,204	6,605
pozitívna	33 ± 7	0,752	31,273

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.09.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

