

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-G

Katalógové číslo	E - 391
Šarža	10 10 19
Dátum výroby	25.10.2019
Dátum expirácie	25.07.2020

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,210
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,649
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,499

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 17, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.10.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131