

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-M

Katalógové číslo	E - 249
Šarža	10 10 19
Dátum výroby	25.10.2019
Dátum expirácie	25.07.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	0,147
12,5 U.ml ⁻¹	0,304
25 U.ml ⁻¹	0,598
50 U.ml ⁻¹	1,079
100 U.ml ⁻¹	1,890

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,007	0,34
pozitívna	31 ± 6	0,761	32,83

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 22, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.10.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131