

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 244 |
| Šarža | 10 10 19 |
| Dátum výroby | 25.10.2019 |
| Dátum expirácie | 25.07.2020 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgA |
|-------------------------|------------------------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,005 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | 0,224 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | 0,427 |
| 25 U.ml ⁻¹ | 0,817 |
| 50 U.ml ⁻¹ | 1,370 |
| 100 U.ml ⁻¹ | 1,942 |

Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|---|------------------------------------|--|
| negatívna | < 9 | 0,039 | 0,93 |
| pozitívna | 33 ± 7 | 1,026 | 32,97 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly 25.10.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131