

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A-200

Katalógové číslo	E - 244
Šarža	10 10 19
Dátum výroby	25.10.2019
Dátum expirácie	25.07.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,004
6,25 U.ml ⁻¹	0,136
12,5 U.ml ⁻¹	0,260
25 U.ml ⁻¹	0,487
50 U.ml ⁻¹	0,886
200 U.ml ⁻¹	1,753

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,033	1,40
pozitívna	33 ± 7	0,609	31,96

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.10.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131