

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-G-200

Katalógové číslo	E - 245
Šarža	10 10 19
Dátum výroby	25.10.2019
Dátum expirácie	25.07.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,003
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,255
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,463
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,722
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,046
200 U.ml <sup>-1</sup>	1,580

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,167	3,95
pozitívna	31 ± 6	0,841	32,67

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 7, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.10.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131