

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-A,G-200

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	12 12 19
Dátum výroby	17.12.2019
Dátum expirácie	17.09.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,004	0,001
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,149	0,250
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,283	0,469
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,524	0,734
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,884	1,034
200 U.ml <sup>-1</sup>	1,742	1,688

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,016	0,56
pozitívna	33 ± 7	0,670	33,83

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,162	3,98
pozitívna	31 ± 6	0,877	35,10

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.12.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131