

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A-200

|                  |            |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 244    |
| Šarža            | 12 12 19   |
| Dátum výroby     | 17.12.2019 |
| Dátum expirácie  | 17.09.2020 |

#### Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy               | protilátky anti IgA                |
|-------------------------|------------------------------------|
|                         | Absorbancia<br>pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml <sup>-1</sup>    | 0,004                              |
| 6,25 U.ml <sup>-1</sup> | 0,149                              |
| 12,5 U.ml <sup>-1</sup> | 0,283                              |
| 25 U.ml <sup>-1</sup>   | 0,524                              |
| 50 U.ml <sup>-1</sup>   | 0,884                              |
| 200 U.ml <sup>-1</sup>  | 1,742                              |

#### Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota<br>U.ml <sup>-1</sup> | Absorbancia<br>pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota<br>U.ml <sup>-1</sup> |
|------------------|---|------------------------------------|--|
| negatívna        | < 9                                       | 0,016                              | 0,56                                   |
| pozitívna        | 33 ± 7                                    | 0,670                              | 33,83                                  |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.12.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131