

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	12 12 19
Dátum výroby	17.12.2019
Dátum expirácie	17.09.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,004	0,001
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,236	0,302
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,448	0,569
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,764	0,910
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,297	1,310
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,845	1,663

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,024	0,59
pozitívna	33 ± 7	1,018	35,87

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,209	4,27
pozitívna	31 ± 6	1,066	32,91

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.12.2019

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131