

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-A

Katalógové číslo	E - 351
Šarža	01 01 20
Dátum výroby	27.01.2020
Dátum expirácie	27.01.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	0,250
12,5 U.ml ⁻¹	0,433
25 U.ml ⁻¹	0,702
50 U.ml ⁻¹	1,044
100 U.ml ⁻¹	1,387

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 8	0,200	4,77
pozitívna	47 ± 9	1,005	46,3

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.1.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE CI
tel.: 055/633 6753, 622 8131