

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	E – 211
Šarža	01 01 20
Dátum výroby	27.01.2020
Dátum expirácie	27.07.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,010
6,25 U.ml ⁻¹	0,244
12,5 U.ml ⁻¹	0,421
25 U.ml ⁻¹	0,732
50 U.ml ⁻¹	1,130
100 U.ml ⁻¹	1,606

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 14	0,204	4,94
pozitívna	42 ± 8	0,979	38,87

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.1.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131