

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	E - 234
Šarža	01 01 20
Dátum výroby	27.01.2020
Dátum expirácie	27.07.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,004
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,301
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,560
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,901
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,229
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,578

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,080	1,199
pozitívna	29 ± 6	1,088	29,52

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.1.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131