

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-G

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 391 |
| Šarža | 01 01 20 |
| Dátum výroby | 27.01.2020 |
| Dátum expirácie | 27.10.2020 |

| Parametre výstupnej kontroly | Absorbancia 450 nm a 630 nm | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | norma | nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna | do 0,500 | 0,170 |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná) | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,719 |
| kontrolná vzorka pozitívna | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,607 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 17, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.1.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131